THERMOMETRE MEDICAL ELECTRONIQUE

Ce thermomètre convient pour la mesure des températures corporelles de l'enfant et de l'adulte.
Veuillez prendre connaissance de la notice d'utilisation et la conserver.

A) METHODES DE PRISE DE TEMPERATURE

a) Température rectale :
Lubrifier la sonde avec de la vaseline pour faciliter l'insertion. Introduire doucement l'embout d'environ 2 cm dans le rectum. Mesure effectuée en 30 à 60 secondes. Température moyenne normale 37 °C.

b) Température buccale :
Placer la tête de la sonde sous la langue contre le frein de la langue. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez. Mesure effectuée en 1 à 2 minutes. Température moyenne normale 36,6 °C.

c) Température axillaire :
Essuyer l'aisselle avec une serviette sèche. Caler la sonde au creux de l'aisselle et plaquer la bras contre le thorax. Mesure effectuée en 2 minutes environ. Température moyenne normale 36,1 °C.

B) CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas de lésions importantes affectant les sites de prises, ou sur un sujet agité dans l'oreille.

C) NETTOYAGE ET DESINFECTION

Avant et après utilisation, nettoyer la sonde avec de l'eau savonneuse tiède. Désinfecter à l'aide d'un coton imbibé d'alcool. Ne jamais immerger dans de l'eau très chaude ou dans des solutions nettoyantes agressives. Pour les établissements de soins, se conformer au protocole de nettoyage/désinfection des instruments de mesure. Le thermomètre doit toujours être en bon état (absence de fissures) lorsqu'il est dans un liquide désinfectant.

D) PRISE DE LA TEMPERATURE

1) Appuyer légèrement sur la touche, un bip signale l'allumage, l'écran affiche d'abord 

puis 

le °C clignote. Le thermomètre est prêt pour la mesure.

2) Durant la prise de température, le symbole °C clignote aussi longtemps que la température augmente.

3) Lorsque le symbole °C cesse de clignoter, une sonnerie retentit signalant la fin de la prise de température.

4)Eteindre le thermomètre en pressant sur la touche afin d'économiser la pile. En cas d'oubli, il s'éteindra automatiquement au bout de quelques minutes.

5)CONSULTATION DE LA MEMOIRE

Ce modèle comporte une mémoire permettant le rappel de la dernière prise. Pour obtenir cette information appuyer sur la touche sans relâcher le thermomètre étant éteint. L'écran indique d'abord I88.8°C puis le dernière mesure.

Dès que la touche est relâchée, le symbole L°C apparaît signalant qu'une nouvelle mesure est possible.

E) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter toute exposition au soleil, à une source d'U.V. ou de chaleur intense.
Veiller à ne pas faire tomber le thermomètre et à ne pas le cogner.
Ne pas le tordre, le démonter ou le mettre en contact avec des solvants.
Le fabriquant recommande un contrôle de précision auprès d'un laboratoire agréé tous les 3 ans.

F) DISPOSITIFS DE CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT

3 dispositifs d'autocontrôle permettent de vérifier le bon fonctionnement avant chaque utilisation.

1) Contrôle de l'écran d'affichage :
Une pression rapide fait apparaître I88.8 °C : écran en bon état

2) **Contrôle du système de mesure** :
Immédiatement après doit suivre L°C avec °C clignotant : système de mesure correct.
En revanche si l'écran indique Err thermomètre inutilisable et à remplacer

NOTA : Lorsque la température ambiante dépasse 32 °C (prises répétitives), l'écran affiche cette valeur et non L °C, le thermomètre fonctionne correctement.

3) Contrôle de la tension de la pile :
Lorsque le signe suivant s'affiche ¤ : pile à changer. Il en est de même si l'écran émet de faibles éclairs ou ne s'allume plus.

G) REMPLACEMENT DE LA PILE

Enlever délicatement le capot de l'extrémité du thermomètre
Extraire la pile usée à l'aide d'un objet pointu (ne pas laisser à la portée d'enfants).
Replacer une pile bouton neuve de 1,55 volts(type SR 41, LR 41), le côté positif (+) dessus.
Revisser la languette, vérifier la présence du joint d'étanchéité dans sa gorge et remettre le couvercle.
Ne jamais jeter la pile ou le thermomètre dans le milieu naturel. Déposer la pile usagée dans un collecteur spécifique.

H) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODELE

Etendue de mesure :	32,0 à 44 °C
Précision :	+/-0,1 °C entre 35,5 et 42 °C +/-0.2 °C au-delà
Echelon :	0,1 °C
Alimentation :	Pile bouton de 1.55 V
Durée de vie de la pile :	+ 250 heures en utilisation soit plus de 1.000 prises
Dimensions :	126 X 18.5 X 10 mm
Poids :	environ 10 grammes avec la pile
Mémoire :	de la dernière mesure
Temps de mesure :	1 minute environ

I) GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an à compter de la date d'achat et pour une utilisation domestique. Toutefois, cette garantie ne s'applique pas aux détériorations dues notamment à l'inobservation du mode d'emploi, à de mauvaises manipulations, consécutives à des chocs ou à un mauvais remontage de la pile. Elle ne s'applique ni aux piles, ni à l'emballage.

J) ENTRETIEN

Le thermomètre étant étanche il peut être nettoyé dans de l'eau ou une solution désinfectante.
Produits désinfectants recommandés :
Zephirol, Edisonite, Gigasept FF, D1, Ethyl Alcool

PRODUIT CONFORME AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 93/42 du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.

Un produit COMED – STRASBOURG - FRANCE